

SN

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

SN/T 0238—93

上海市技术监督研究所
登记号 QT 966082

出口水表检验规程

Rules for the inspection of water
meters for export

1993-08-01 发布

1994-05-01 实施

中华人民共和国国家进出口商品检验局 发布

(京)新登字 023 号

中华人民共和国进出口商品检验行业标准

出口水表检验规程

SN/T 0238—93

Rules for the inspection of water
meters for export

1 主题内容与适用范围

本标准规定了出口水表的抽样、检验及检验结果的判定规则。

本标准适用于公称口径 15~40 mm 旋翼干式、湿式冷水水表和容积式冷水水表,大口径 50~500 mm 干式和湿式冷水水表的检验。

2 引用标准

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)

GB 778 公称口径 15~40 mm 旋翼式冷水水表

JB 695 大口径旋翼湿式水表

ZB Y 303 公称口径 50~400 mm 水平螺翼式冷水水表

GBn 193 出口机械、电工、仪器仪表产品包装通用技术条件

3 术语

3.1 检验批

为实施抽样检验而汇集的同一规格、型号、在相同生产条件下生产的单位产品,称为检验批,简称批。

3.2 连续批

连续批是指同一工厂提交的同一规格、型号连续检验的批。

3.3 批质量

批质量是指用每百单位产品的不合格品数表示的单个提交检验批质量。

4 抽样

4.1 抽样条件

提交抽样的检验批需已经工厂检验,且已包装入库。

4.2 抽样方案

4.2.1 按 GB 2828 规定的一次抽样方案。不合格分类、合格质量水平(AQL)及检查水平见表。

SN/T 0238—93

检验项目表

检验项目	检查水平	不合格分类	合格质量水平
1. 水压强度	S-4	A	不允许出现
2. 公称流量示值误差	S-1	B	AQL=2.5
3. 最大流量示值误差			
4. 最小流量示值误差			
5. 分界流量示值误差			
6. 标志	S-4	B	AQL=2.5
7. 外形尺寸: 公称口径 长度与接口螺纹			
8. 附件: 接管长度和螺纹 合格证或检定证书	S-4	C	AQL=4.0
9. 外观			
10. 包装			

4.2.2 检查的严格度,执行 GB 2828 的转移规则。

4.3 抽样方法

从检验批中随机抽取样品。

5 检验

5.1 检验项目见表。

5.2 检验方法

各项的检验方法及技术要求应执行有关标准。

6 检验结果的判定

按样本检验结果,根据表中的合格质量水平判定检验批是否合格。

7 不合格的处置

7.1 凡判为合格的检验批,其样本中检验时发现的不合格品,应用合格品予以调换或修正为合格品。


7.2 凡判为不合格的检验批,经返工整理后,允许再申请检验一次。

附加说明:

本标准由中华人民共和国国家进出口商品检验局提出。

本标准由中华人民共和国上海进出口商品检验局负责起草。

本标准主要起草人毛永林、周健。



SN/T 0238-1993