



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0863—2011

## 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 滚压式冲洗吸引器

Medical endoscopes—Endoscope functional supply units—  
Roller irrigation and suction equipment

2011-12-31 发布

2013-06-01 实施

国家食品药品监督管理局 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家食品药品监督管理局提出。

本标准由全国医用光学和仪器标准化分技术委员会(SAC/TC 103/SC 1)归口。

本标准起草单位：国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心、浙江省医疗器械检验所。

本标准主要起草人：颜青来、贾晓航、齐伟明、何涛、陈盛来。

## 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 滚压式冲洗吸引器

### 1 范围

本标准规定了对医用内窥镜用滚压式冲洗吸引器(以下简称冲洗吸引器)的要求。

本标准适用于内窥镜手术中所使用的滚压式冲洗吸引器。该产品用于微创内窥镜手术中的冲洗和吸引。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 9706.1—2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求

GB 9706.19—2000 电气设备 第2部分:内窥镜设备安全专用要求

GB/T 14233.2—2005 医用输液、输血、注射器具检验方法 第2部分:生物学试验方法

GB/T 14710 医用电器环境要求及试验方法

GB/T 16886.1 医疗器械生物学评价 第1部分:风险管理过程中的评价与试验

GB/T 16886.5—2003 医疗器械生物学评价 第5部分:体外细胞毒性试验

GB/T 16886.7—2001 医疗器械生物学评价 第7部分:环氧乙烷灭菌残留量

GB/T 16886.10—2005 医疗器械生物学评价 第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

**内窥镜功能供给装置** **endoscope functional supply units**

在微创内窥镜诊断和(或)治疗/手术中,提供支持功能的装置或设备。

### 4 要求

#### 4.1 结构要求

冲洗吸引器应构造成同时具有冲洗和吸引的功能。

#### 4.2 压强限

##### 4.2.1 预置压强限的调节范围

若冲洗吸引器的预置压强限可调,制造商应给出预置压强限的调节范围,并应与冲洗吸引器的预置压强限的实际调节范围一致。

#### 4.2.2 压强限预置的准确性

当设置压强限 $\geq 6\,650\text{ Pa}$ (50 mmHg)时,压强限设置的允差为 $\pm 10\%$ ;当设置压强限 $< 6\,650\text{ Pa}$ (50 mmHg)时,压强限设置的允差为 $\pm 665\text{ Pa}$ (5 mmHg)。

#### 4.3 流量

##### 4.3.1 预置流量的调节范围

若冲洗吸引器的预置流量可调,制造商应给出预置流量的调节范围,并应与冲洗吸引器的预置流量的实际调节范围一致。

##### 4.3.2 流量预置的准确性

当设置流量 $\geq 100\text{ mL/min}$ ( $0.006\text{ m}^3/\text{h}$ )时,流量设置的允差为 $\pm 10\%$ ;当设置流量 $< 100\text{ mL/min}$ ( $0.006\text{ m}^3/\text{h}$ )时,流量设置的允差为 $\pm 10\text{ mL/min}$ ( $0.0006\text{ m}^3/\text{h}$ )。

#### 4.4 应用部分

##### 4.4.1 管路的生物相容性

管路的材料应根据 GB/T 16886.1 的原则和要求进行生物安全性评价,以证明具有良好的生物相容性。

生物学评价可考虑生物学试验结果,其中试验项目的选择按 GB/T 16886.1 的指南进行。所有试验优先选用 GB/T 16886 的相关部分。

对于先前已被证明适用的材料,如果能证明其制造的后续过程不足以产生生物安全性危害,可不再重复生物学试验。

注:设计中管路的材料在具体应用中具有可论证的使用史,或从其他方面可获取到有关材料和/或管路的信息,可认为材料先前已被证明适用。

##### 4.4.2 应用部分的消毒耐受性

4.4.2.1 声称可重复使用的管路部件,按照制造商在随附资料中指定的对管路部件最不利的化学消毒灭菌方法进行 20 次,应有良好的耐腐蚀性能。

4.4.2.2 若管路是一次性使用的,则应无菌。

4.4.2.3 若一次性使用的管路是采用环氧乙烷灭菌的,环氧乙烷残留量应不大于  $10\text{ }\mu\text{g/g}$ 。

##### 4.4.3 管路受滚轮挤压部分的耐久性

管路受滚轮挤压部分在持久性试验后,将管路取出,管路应不破裂、无明显的局部异样或裂纹,并能正常工作。

##### 4.4.4 管路的连接牢固性

管路的各连接处应能承受  $15\text{ N}$  的静态轴向拉力  $15\text{ s}$  不脱开。

##### 4.4.5 滚压管路的内径允差

管路受滚轮挤压部分的内径允差应为 $\pm 0.33\text{ mm}$ 。

#### 4.5 控制开关

4.5.1 冲洗吸引器必须配有自动回位控制开关。一旦操作者脱离操作,开关应能立即自动回位到原始

停止状态。

4.5.2 若控制开关为气压式,应具有控制开关的压控平衡检测功能。

#### 4.6 电气安全

应符合 GB 9706.1—2007 和 GB 9706.19—2000 的要求。

#### 4.7 环境试验

机械环境耐受性经试验后,冲洗吸引器所有性能和本标准的要求须满足。

气候环境耐受性试验条件按制造商随附资料规定,试验项目按照适用性原则进行选择。

### 5 试验方法

#### 5.1 结构检查

开机运行、操作检查。

#### 5.2 压强限的测定

##### 5.2.1 预置压强限的调节范围的检查

操作检查,调节冲洗吸引器上设置压强限的按钮,观察冲洗吸引器面板上设置压强限的显示数值的变化,应能与制造商给出的调节范围一致。

##### 5.2.2 压强限预置的准确性的测定

###### 5.2.2.1 装置

压强表:准确度优于 66.6 Pa(0.5 mmHg),应能测量液压和气压,以及正压和负压,量程范围应能覆盖测量时的最大实际压强范围。

###### 5.2.2.2 步骤

###### 5.2.2.2.1 准备工作

按随附资料的规定,将冲洗吸引器与管路连接,并提供水源。

将管路的出口连接压强缓冲器后,与压强表连接。

控制冲洗吸引器供电源在标称电压值上保持稳定,该电压应被监控,电压稳定度应控制在 $\pm 2\%$ 以内。

冲洗吸引器开机自检程序完成后,显示各部件工作正常。

###### 5.2.2.2.2 测量程序

设定冲洗吸引器上的设置压强限,记为  $P_s$ 。如果冲洗吸引器的设置流量可以调节,设定冲洗吸引器的设置流量为最大值。

开始灌注或吸引,稳定后读出压强表上显示的实际压强,记为  $P_r$ 。

若调节冲洗吸引器上的设置压强限可调,应使  $P_s$  至少取绝对值最高值、绝对值中间值、绝对值为最低值但不小于 3 999 Pa(30 mmHg),每测试点分别测 3 次,取平均值作为测量结果  $P_r$  值。

###### 5.2.2.3 结果表示

压强限设置的偏差以实际压强与设置压强限的最大偏差来表示,记为  $A_{Ps}$ 。



以相对值表示为  $A_{Ps} = \frac{P_r - P_s}{P_s}$ , 以绝对值表示为  $A_{Ps} = P_r - P_s$ 。

结果中应表示出  $P_s$  分别为 5.2.2.2.2 中设定的 3 个值时的  $P_s$ 、 $P_r$  以及  $A_{Ps}$  值。

### 5.3 流量的测定

#### 5.3.1 设置流量的调节范围的检查

操作检查, 调节冲洗吸引器上设置流量的按钮, 观察冲洗吸引器面板上设置流量的显示数值的变化, 应能与制造商给出的调节范围一致。

#### 5.3.2 流量预置的准确性的测定

##### 5.3.2.1 装置

##### 5.3.2.1.1 测量液体体积的容器

具有指示容积的刻度, 可测量注入液体的体积和吸出液体的体积。容积指示的准确度优于要求的最小读数的 10%, 量程范围应能满足冲洗吸引器最大流量的测量。

##### 5.3.2.1.2 计时器

精度 0.1 s 以内。

##### 5.3.2.2 步骤

##### 5.3.2.2.1 准备工作

按随附资料的规定, 将冲洗吸引器与管路连接, 并提供水源。

将管路的出口与测量液体体积的容器连接。

控制冲洗吸引器供电源在标称电压值上保持稳定, 该电压应被监控, 电压稳定度应控制在  $\pm 2\%$  以内。

冲洗吸引器开机自检程序完成后, 显示各部件工作正常。

##### 5.3.2.2.2 测量程序

设定冲洗吸引器上的设置压强限绝对值为最大值。设定冲洗吸引器上的设置流量, 记为  $L_s$ 。

开始注液或吸液, 计时  $t$  分钟后停止注液或吸液, 测量管路出口的注液或吸液体积, 记为  $V$ 。

通过式  $L_r = V/t$  计算得到实际流量  $L_r$ 。

若冲洗吸引器上的设置压强限可调, 应使  $L_s$  至少取设置流量调节范围的最高值、中间值、最低值但不小于 50 mL/min (0.003 m<sup>3</sup>/h), 每测试点分别测 3 次, 取平均值作为测量结果  $L_r$  值。

#### 5.3.3 结果表示

流量设置的偏差以冲洗吸引器的实际流量与设置流量的偏差来表示, 记为  $A_{Ls}$ 。

当设置流量  $\geq 100$  mL/min (0.006 m<sup>3</sup>/h) 时,  $A_{Ls}$  以相对值表示, 即  $A_{Ls} = \frac{L_r - L_s}{L_s}$ ; 当设置流量  $< 100$  mL/min (0.006 m<sup>3</sup>/h) 时,  $A_{Ls}$  以绝对值表示, 即  $A_{Ls} = L_r - L_s$ 。

结果中应表示出  $L_s$  分别为 5.2.2.2.2 中设定的 3 个值时的  $L_s$ 、 $L_r$  以及  $A_{Ls}$  值。

## 5.4 管路的试验

### 5.4.1 管路的生物相容性试验

生物学试验推荐采用 GB/T 16886 相关部分进行。

### 5.4.2 应用部分的消毒耐受性试验

#### 5.4.2.1 可重复使用的管路部件的消毒灭菌耐受性试验。

按照制造商在随附资料中指定的对管路部件最不利的化学消毒灭菌方法进行 20 次。

#### 5.4.2.2 无菌试验

按 GB/T 14233.2—2005 的规定进行试验。

#### 5.4.2.3 环氧乙烷残留量试验

按 GB/T 16886.7—2001 的规定进行试验。

### 5.4.3 管路受滚轮挤压部分的耐久性试验

在冲洗吸引器的额定电压下,以运行 3 h 停 1 h 的周期,做 20 个周期(一次性使用的管路做 1 个周期)。运行时设置压强限和流量为最大值,并在最大流量状态下进行。

试验后观察有无破裂所致漏水现象。

若无发生漏水现象,立即按 5.3.2 的方法测量流量预置的准确性,结果应符合 4.3.2 的要求。

最后关机,关机后取下管路观察,结果应符合 4.4.3 的要求。

### 5.4.4 管路的连接牢固性试验

按常规方法使用通用量具测量。

### 5.4.5 滚压管路的内径允差测量

取滚压管路的中段的一截,在投影仪下进行截面直径测量,测量两个正交方向的直径,取平均值,与公称值比较,其偏差计算为: $\frac{d_m - d_0}{d_0}$ ,其中  $d_m$  为平均值,  $d_0$  为公称值。

## 5.5 控制开关试验

开机运行、操作检查。

## 5.6 电气安全试验

按照 GB 9706.1—2007 和 GB 9706.19—2000 的规定进行试验。

## 5.7 环境试验

机械环境耐受性试验按 GB/T 14710 中机械环境 II 组规定进行。

气候环境耐受性试验方法按 GB/T 14710 进行。

中 华 人 民 共 和 国 医 药  
行 业 标 准  
医用内窥镜 内窥镜功能供给装置  
滚压式冲洗吸引器  
YY/T 0863—2011

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)  
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235  
读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 11 千字  
2013年2月第一版 2013年2月第一次印刷

\*

书号: 155066·2-24264 定价 18.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换  
版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68510107



YY/T 0863-2011

打印日期: 2013年3月14日 F009A