

**WS**

# 中华人民共和国卫生部标准

YY 91125-1999

~~WS 2-85-88~~

## 立式压力蒸汽消毒器 型式、基本参数和尺寸

983-07-23 发布

1984-05-01 实施

国家医药管理局 批准

# 立式压力蒸汽消毒器 型式、基本参数和尺寸

代替 WS 2-85-73

本标准适用于立式压力蒸汽消毒器，该产品供手术器械、敷料、玻璃器皿和药物等消毒灭菌用。

1 消毒器按加热方法分为四种，其型式和基本尺寸应符合下表的规定。

| 产品型号         | 消毒室有效尺寸<br>毫米 | 结 构 |     | 加热方式 |
|--------------|---------------|-----|-----|------|
|              |               | 单 层 | 双 层 |      |
| YXQ·LD31·400 | φ400×600      | ✓   |     | 电 热  |
| YXQ·L31·400  |               |     | ✓   |      |
| YXQ·LD32·400 |               | ✓   |     | 蒸汽盘管 |
| YXQ·L32·400  |               |     | ✓   |      |
| YXQ·LD34·400 |               | ✓   |     | 煤 油  |
| YXQ·L34·400  |               |     | ✓   |      |
| YXQ·LD35·400 |               | ✓   |     | 煤 炭  |
| YXQ·L35·400  |               |     | ✓   |      |

2 消毒器额定工作压力：1.4公斤力/厘米<sup>2</sup>；温度为+125℃。

3 各接头部分的螺纹尺寸：

- 安全阀接头螺纹M16×1.5；
- 放汽阀接头螺纹M16×1.5；
- 进水、排水阀接头螺纹M20×1.5；
- 蒸汽盘管接头螺纹ZG  $\frac{3}{4}$ ''。

## 附加说明：

本标准由国家医药管理局提出，由上海医疗器械研究所归口。

本标准由上海医用核子仪器厂负责起草。

本标准主要起草人陆震定。

本标准首次发布于1964年，第一次修订于1973年。