

WS

中华人民共和国卫生部标准

YY 91126-1999

~~WS 2-86-83~~

卧式圆形压力蒸汽消毒器 型式、基本参数和尺寸

1983-07-23发布

1984-05-01实施

国家医药管理局 批准

卧式圆形压力蒸汽消毒器
型式、基本参数和尺寸

代替 WS2—86—73

本标准适用于卧式圆形压力蒸汽消毒器，该产品供手术器械、敷料、玻璃器皿和药物等消毒灭菌用。

1 消毒器按加热方式分为五种，其型式、基本参数和尺寸应符合表 1 的规定。

表 1

产品型号	规 格				加 热 方 式					主 要 部 件											
	消毒室有效尺寸 (毫米)	底脚至消毒室门中心的距离 (毫米)	结 构				电 热 管	直 接 蒸 汽	煤 气	煤 油	煤 炭	安 全 阀	蒸 汽 发 生 器	疏 水 阀	减 压 阀	压 力 控 制 器	总 阀	低 水 位 断 流 器	压 力 表	温 度 表	
			双 层	单 扉	双 扉	有 绝 热 层															
YXQ·WY21·600	φ 600×1000	≤1250	✓	✓		✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
YXQ·WY22·600	φ 600×1000		✓	✓		✓		✓				✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓
YXQ·WY22·900	φ 900×1400		✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓
YXQ·WY23·600	φ 600×1000		✓	✓		✓			✓			✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
YXQ·WY24·600	φ 600×1000		✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
YXQ·WY25·400	φ 400×800		✓	✓		✓						✓	✓	✓	✓					✓	✓
YXQ·WY25·600	φ 600×1000		✓	✓		✓						✓	✓	✓	✓					✓	✓

2 消毒器额定工作压力为1.4公斤力/厘米²，温度为+125℃。

3 各种阀接头部分的螺纹尺寸应符合表 2 的规定：

表 2

名称 消毒室尺寸(毫米)	安全阀 接 头	总阀阀 座螺孔	进水阀 螺 孔	排水阀 螺 孔	减压阀 螺 孔
φ 400×800	ZG $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{3}{8}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{3}{8}$ "
φ 600×1000	ZG $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "
φ 900×1400	ZG $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	—	—	G $\frac{3}{4}$ "

附加说明:

本标准由国家医药管理局提出,由上海医疗器械研究所归口。

本标准由上海医用核子仪器厂负责起草。

本标准主要起草人陆霭定。

本标准首次发布于1964年,第一次修订于1973年。

中华人民共和国卫生部
部 标 准
卧式圆形压力蒸汽消毒器
型式、基本参数和尺寸
WS 2—86—83

中国标准出版社出版
(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 2,000
1984年6月第一版 1984年6月第一次印刷
印数 1—3,000

书号: 15169·2—5393 定价 0.10 元

标目 3—76