

WS

中华人民共和国卫生部标准

YY 91138-1999

~~WS 2-232-83~~

---

卧式矩形压力蒸汽消毒器型式、  
基本参数和尺寸

1983-07-23 发布

1984-05-01 实施

国家医药管理局批准

卧式矩形压力蒸汽消毒器型式、  
基本参数和尺寸

代替 WS2-232-77

本标准适用于卧式矩形压力蒸汽消毒器，该产品供手术器械、敷料、玻璃器皿和药物等消毒灭菌用。

1 消毒器的型式和基本尺寸应符合表 1 的规定。

表 1

产品型号		YXQ·WF12		YXQ·WF 22	YXQ·WF32					YXQ·WF42	
消毒室 有效尺寸 (毫米)	长	4000	2500	1500	4000	2500	1500	900	670	900	670
	宽	2000	1250	750	2000	1250	750	630	450	630	450
	高	2100	1500	1050	2100	1500	1050	750	530	750	530
基本结构 和 型 式		夹 套 双 门			夹 套 单 门					单层单门	
		外 壳 有 绝 热 层									

2 消毒器额定工作压力为1.4公斤力/厘米<sup>2</sup>；温度为+125℃。

3 各种阀接头部分的螺纹尺寸应符合表 2 的规定。

表 2

名称 消毒室尺寸(毫米)	安全阀接头	进气阀螺孔	减压阀		总 阀	
			上螺孔	下螺孔	阀 座	扩散管
670×450×530 1500×750×1050 900×630×750	ZG $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G1"	ZG $\frac{3}{4}$ "
4000×2000×2100 2500×1250×1500	ZG1"	G1"	G $\frac{3}{4}$ "	G1"	G1 $\frac{1}{4}$ "	ZG1"

附加说明：  
本标准由国家医药管理局提出，由上海医疗器械研究所归口。  
本标准由上海医用核子仪器厂负责起草。  
本标准主要起草人陆蔼定。  
本标准首次发布于1977年。